


Cihazların Kullanımı



Her enzimin fonksiyonuna bağlı olarak optimum sıcaklık ve pH değeri vardır. pbserum enzimleri normal fizyolojik seviyelerde çalışabilir.

Enzimlerin denatüre olmaması için, kullanılan cihaza bağlı olarak, aşağıdaki önerilere uyulması tavsiye edilir:

Dokuyu ısıtan cihazlarda:

1. Enzim sisteminin uygulanmasından en az 30 dakika önce.
2. Uygulama seansları arasında.

Dokuyu soğutan cihazlarda*:

Enzim sisteminin uygulamasından önce veya sonra en az 7 gün geçmesi gerekir.

*uygulamanın hemen arkasından herhangi bir cihazla işlem yapılması önerilmez